



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř rychloměrů.

OVĚŘOVACÍ LIST

č. 8012-OL-70872-24



List 1 ze 2 listů

Datum vydání: 26. listopadu 2024

Vlastník: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Zákazník: CAMEA, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, 621 00 Brno – Řečkovice

Měřidlo: Silniční rychloměr

výrobce:

CAMEA

typ:

UnicamVELOCITY 4

výrobní číslo rychloměru:

CAM23006094

rozsah měření rychlosti:

5 km·h⁻¹ až 250 km·h⁻¹

rok výroby:

2023

umístění rychloměru:

Vsetín-Ústí, I/57, obousměrně

Použité etalony: Etalonový rychloměr typu TACHO-02, výrobce ČMI, v. č. 2, který byl umístěn v měřicím vozidle ČMI; návaznost na státní etalon délky a času.

Podmínky měření: Teplota okolí : (6 ± 1) °C

Místo ověření: Vsetín-Ústí, I/57, obousměrně.

Datum zkoušky: 26. listopadu 2024

Ověření provedl:

zástupce ředitele ČMI LPM Praha:

Ing. Enrico Buttoraz



Ing. Jiří Borovský

Tento ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.

Metoda měření: Dle opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C026-15 ze dne 5.10.2015.

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne: **25. listopadu 2025**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konec ověřovacího listu.

